



肩用開創器セット

いわき市立磐城共立病院
副院長・医療技術部長


相澤 利武先生ご監修




ブレードロック機構がベース本体に2箇所あります。
ブレードが確実に固定できますので、開創器を容易に設置することができます

- ・ あらゆる角度・長さで固定可能
- ・ ブレードの先端が丸くなっており、筋肉にやさしい構造
- ・ 筋肉の緊張を利用し、ドクターの保持なくレトラクティングが可能


肩用開創器セット



ロック状態




セット付属鋼製小物



S-FLX-108-01 フレーム
W152×L236

	S-FLX-108-11 ブレード① W30×H36×L120
	S-FLX-108-12 ブレード② W30×H36×L160
	S-FLX-108-13 ブレード③ W40×H36×L122
	S-FLX-108-14 ブレード④ W40×H36×L162



商品名：肩用開創器セット、医療機器届出番号：29B2X1008FLX108



株式会社フジフレックス
www.fuji-flex.co.jp

【本社】〒630-0142
奈良県生駒市北田原町1067-25

【大阪オフィス】〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-8
堺筋MS第二ビル 10階
Tel.06-6226-8308 Fax.06-4256-0056



ISO13485:2003
認証取得事業所

認証番号0013044